



December 13, 2024

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永生科学研究所

Morinaga BioScience, Inc.

品質保証部長

Manager, Quality Assurance Department

C. Hirao

製品 / Product:

製品名 / Product name	ロット番号 / Lot number	有効期限 / Expiration date
ナノトラップ Easy 牛乳 Rapid Test Easy for Casein	ECS050	DEC.10 2026

上記ロットは品質基準を満たしております / The lot passed the quality control.

結果 / Results

内部標準 / Internal Standard		判定 / Result
Matrix	Spiking level (Protein content)	
Water	0 ppm	陰性 / NEGATIVE
PBS		
Water	0.5 ppm	陽性 / POSITIVE
PBS		