



February 9, 2026

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永科学研究所
Morinaga BioScience, Inc.

品質保証部長
Manager, Quality Assurance Department

製品 / Product:

製品名 / Product name	ロット番号 / Lot number	有効期限 / Expiration date
ナトラップEasy 卵 Rapid Test Easy for Egg	EEG038	FEB. 04 2028

結果 / Results

内部標準/Internal Standard		判定 / Result
Matrix	Spiking level (Protein content)	
Water PBS	0 ppm	陰性 / NEGATIVE
Water PBS	0.5 ppm	陽性 / POSITIVE