



July 11, 2025

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永科学研究所

Morinaga BioScience, Inc.

品質保証部長

Manager, Quality Assurance Department

製品 / Product:

製品名 / Product name	ロット番号 / Lot number	有効期限 / Expiration date
ナノトラップEasy 大豆 Rapid Test Easy for Soya	ESY035	JUL. 06 2027

結果 / Results

内部標準/Internal Standard		判定 / Result
Matrix	Spiking level (Protein content)	
Water PBS	0 ppm	陰性 / NEGATIVE
Water PBS	0.5 ppm	陽性 / POSITIVE