

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永生科学研究所

Morinaga BioScience, Inc.

品質保証部長

Manager, Quality Assurance Department



製品 / Product:

製品名 / Product name	ロット番号 / Lot number	有効期限 / Expiration date
FASPEK エライザⅡ そば Buckwheat ELISA Kit Ⅱ	FBW089	FEB.26 2026

上記ロットは品質基準を満たしております / The lot passed the quality control.

(1) 標準溶液の吸光度 / Absorbance of the working standard

STD(ng/mL)	1	2	3	4	Ave.	CV(%)
0	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	
0.78	0.053	0.048	0.049	0.048	0.050	4.8
1.56	0.087	0.086	0.087	0.085	0.086	1.1
3.13	0.159	0.159	0.157	0.157	0.158	0.7
6.25	0.302	0.298	0.299	0.295	0.299	1.0
12.5	0.580	0.575	0.573	0.561	0.572	1.4
25	1.090	1.085	1.075	1.058	1.077	1.3
50	2.020	2.026	2.008	1.975	2.007	1.1

(2) 検体の測定結果 / Results of the test materials

陽性コントロール Positive control	タンパク質濃度 Protein content (μg/g)	基準値 Standard value (μg/g)
A	12.8	11.3 – 20.9
B	13.9	11.2 – 20.7
C	7.0	5.7 – 10.7