October 28, 2026

# 品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永生科学研究所
Morinaga BioScience, Inc.
品質保証部長
Manager, Quality Assurance Department

製品 / Product:

| 製品名 / Product name | ロット番号 / Lot number | 有効期限 / Expiration date |
|---|---|---|
| モリナガFASPEK エライザⅡ そば<br>Buckwheat ELISA KitⅡ | FBW102 | OCT. 15 2027 |

上記ロットは品質基準を満たしております / The lot passed the quality control.

（1）標準溶液の吸光度 / Absorbance of the working standard

| STD (ng/mL) | 1 | 2 | 3 | 4 | Ave. | CV (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.013 | 0.014 | 0.009 | 0.015 | 0.013 | |
| 0.78 | 0.044 | 0.047 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 3.1 |
| 1.56 | 0.085 | 0.085 | 0.086 | 0.084 | 0.085 | 1.0 |
| 3.13 | 0.157 | 0.158 | 0.157 | 0.162 | 0.159 | 1.5 |
| 6.25 | 0.302 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.306 | 0.8 |
| 12.5 | 0.589 | 0.593 | 0.572 | 0.574 | 0.582 | 1.8 |
| 25 | 1.114 | 1.101 | 1.080 | 1.092 | 1.097 | 1.3 |
| 50 | 2.040 | 2.006 | 1.981 | 2.020 | 2.012 | 1.2 |

（2）検体の測定結果 / Results of the test materials

| 陽性コントロール<br>Positive control | タンパク質濃度<br>Protein content (μg/g) | 基準値<br>Standard value (μg/g) |
|---|---|---|
| A | 14.0 | 9.7 - 18.1 |
| B | 17.6 | 13.7 - 25.4 |
| C | 8.2 | 6.2 - 11.6 |