

品質報告書

株式会社森永科学研究所
品質保証部長



製品名	ロット番号	有効期限
モリナガ 甲殻類キットⅡ	MCR004	MAY. 07 2027

上記ロットは品質基準を満たしております

試験項目	規格値	検査結果
感度	0 ng/mL	<0.1
	50 ng/mL	0.8 ~ 2.0
特異性 (モデル加工食品回収率)	50 ~ 150%	適合