



June 12, 2026

品質報告書

株式会社森永科学研究所
品質保証部長

製品名	ロット番号	有効期限
モリナガ 甲殻類キットⅡ	MCR005	JUN. 08 2027

上記ロットは品質基準を満たしております

試験項目		規格値	検査結果
感度	0 ng/mL	<0.1	適合
	50 ng/mL	0.8 ~ 2.0	適合
特異性（モデル加工食品回収率）		50 ~ 150%	適合