October 13, 2026

品 質 報 告 書

株式会社森永生科学研究所
品質保証部長



製品名	ロット番号	有効期限
モリナガ 甲殻類キットⅡ	MCR008	OCT. 05 2027

上記ロットは品質基準を満たしております

試験項目		規格値	検査結果
感度	0 ng/mL	<0.1	適合
	50 ng/mL	0.8 ～ 2.0	適合
特異性（モデル加工食品回収率）		50 ～ 150%	適合