



July 8, 2025

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永生科学研究所
Morinaga BioScience, Inc.
品質保証部長
Manager, Quality Assurance Department

C. Hirao

製品 / Product:

製品名 / Product name	ロット番号 / Lot number	有効期限 / Expiration date
ナントラップPro II 卵 Rapid Test Pro II for Egg	PEG038	JUL. 03 2027

上記ロットは品質基準を満たしております / The lot passed the quality control.

結果 / Results

内部標準/Internal Standard (ng/mL)	判定 / Result
0	陰性 / NEGATIVE
25	陽性 / POSITIVE