



September 25, 2025

## 品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永生科学研究所

Morinaga BioScience, Inc.

品質保証部長

Manager, Quality Assurance Department

製品 / Product:

| 製品名 / Product name                                 | ロット番号 / Lot number | 有効期限 / Expiration date |
|--|--------------------|------------------------|
| ナノラップPro II 牛乳<br>Rapid Test Pro II for Total Milk | PTM018             | SEP. 17 2027           |

上記ロットは品質基準を満たしております / The lot passed the quality control.

結果 / Results

| 内部標準/Internal Standard<br>(ng/mL) | 判定 / Result   |
|-----------------------------------|---------------|
| 0                                 | 陰性 / NEGATIVE |
| 25                                | 陽性 / POSITIVE |