



February 19, 2026

## 品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永科学研究所  
Morinaga BioScience, Inc.

品質保証部長  
Manager, Quality Assurance Department

製品 / Product:

製品名 / Product name	ロット番号 / Lot number	有効期限 / Expiration date
ナノラップPro II 牛乳 Rapid Test Pro II for Total Milk	PTM021	FEB. 16 2028

上記ロットは品質基準を満たしております / The lot passed the quality control.

結果 / Results

内部標準/Internal Standard (ng/mL)	判定 / Result
0	陰性 / NEGATIVE
25	陽性 / POSITIVE