



July 14, 2026

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永科学研究所

Morinaga BioScience, Inc.

品質保証部長

Manager, Quality Assurance Department

製品 / Product:

製品名 / Product name	ロット番号 / Lot number	有効期限 / Expiration date
ナノトラップPro II 牛乳 Rapid Test Pro II for Total Milk	PTM022	JUL. 07 2028

上記ロットは品質基準を満たしております / The lot passed the quality control.

結果 / Results

<15分検査法 / 15-minute method>

内部標準/Internal Standard (ng/mL)	判定 / Result
0	陰性 / NEGATIVE
25	陽性 / POSITIVE

<30分検査法 / 30-minute method>

内部標準/Internal Standard (ng/mL)	判定 / Result
0	陰性 / NEGATIVE
5	陽性 / POSITIVE