



2025年5月20日

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永生科学研究所
Morinaga BioScience, Inc.
品質保証部長
Manager, Quality Assurance Department

C. Hirao

製品名 /Product name : QCマテリアル卵 / QC Material Egg

Cat. No. : M2601

Lot No. : QEG012

有効期限 / Expiration date : MAY. 06 2027

ELISA法による分析結果 / Results of the ELISA test

試験回数 / Number of measurements	3回 / 3times	
使用キット / Kit name	FASPEKエライザⅡ卵 (卵白アルブミン) / Egg (Ovalbumin) ELISA Kit	
ロット / Batch number	Lot No. FEG179	
試験結果 / Test results	平均値 / Average (μg/g)	10.06
	標準偏差 / Standard deviation (μg/g)	0.41
	相対標準偏差 / Relative standard deviation (%)	4.1