



2025年5月27日

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永生科学研究所
Morinaga BioScience, Inc.
品質保証部長
Manager, Quality Assurance Department

C. Hirao

製品名 /Product name : QCマテリアル牛乳 / QC Material Milk

Cat. No. : M2602

Lot No. : QTM012

有効期限 / Expiration date : MAY. 11 2027

ELISA法による分析結果 / Results of the ELISA test

試験回数 / Number of measurements	3回 / 3times	
使用キット / Kit name	FASPEKエライザⅡ牛乳 / Total Milk ELISA Kit	
ロット / Batch number	Lot No. FTM021	
試験結果 / Test results	平均値 / Average (μg/g)	8.44
	標準偏差 / Standard deviation (μg/g)	0.16
	相対標準偏差 / Relative standard deviation (%)	1.9