



2025年10月24日

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永科学研究所
Morinaga BioScience, Inc.
品質保証部長
Manager, Quality Assurance Department

製品名 / Product name : QCマテリアル小麦/ QC Material Wheat
Cat. No. : M2603
Lot No. : QWH007
有効期限 / Expiration date : OCT. 05 2027

ELISA法による分析結果 / Results of the ELISA test

試験回数 / Number of measurements	3回 / 3times	
使用キット / Kit name	FASPEKエライザII小麦（グリアジン） / Wheat/Gluten(Gliadin) ELISA Kit	
ロット / Batch number	Lot No. FGT137	
試験結果 / Test results	平均値 / Average (µg/g)	7.20
	標準偏差 / Standard deviation (µg/g)	0.07
	相対標準偏差 / Relative standard deviation (%)	1.0